

25.652.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.652.1703 (694-1513)

Tanımı Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 100+100 m³/h

Birimi Tk

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	20550,00	882,00	441,00
2022-1	61893,80	1181,25	590,63
2016	20480,00	820,00	410,00
2014	26460,00	596,00	298,00
2019	23080,00	1280,00	640,00
2015	25230,00	656,00	328,00
2020	28100,00	1510,00	755,00
2023-1	104765,00	2377,50	1188,75
2021	35880,00	1850,00	925,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	98685,50	1181,25	590,63
2022-3	99039,90	1535,63	767,82
2024	242553,40	5474,65	2737,33
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	134518,75	3843,75	1921,88
2010	0,00	0,00	0,00
2013	24962,00	541,00	270,50
2011	0,00	0,00	0,00
2018	20680,00	1010,00	505,00

25.652.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi:

TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yanal kanallı, üfleme pompalı anestetik gaz tahliye sistemi ile gazların atmosfere atılmasını sağlayan, alarm kontrol panosu üzerinde yer alan puşbutonu ile işletmeye alınan bir asıl bir yedek olmak üzere anestetik gaz tahliye sisteminin iş yerinde temini ve montajı.

25.652.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.