

25.652.1704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.652.1704 (694-1514)
Tanımı	Elektropompa tip anestetik gaz tahliye sistemi 130+130 m³/h
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	30290,00	973,00	486,50
2022-1	79753,10	1378,13	689,07
2023-2	141049,38	4484,38	2242,19
2022-2	125524,00	1378,13	689,07
2022-3	125938,00	1791,56	895,78
2024	356999,65	6299,65	3149,83
2023-1	126923,75	2773,75	1386,88
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	31500,00	658,00	329,00
2018	30440,00	1120,00	560,00
2019	32060,00	1420,00	710,00
2016	31760,00	905,00	452,50
2013	29712,00	598,00	299,00
2015	31570,00	724,00	362,00
2020	35990,00	1670,00	835,00
2021	45970,00	2040,00	1020,00

25.652.1704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi:

TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yanıl kanallı, üfleme pompalı anestetik gaz tahliye sistemi ile gazların atmosfere atılmasını sağlayan, alarm kontrol panosu üzerinde yer alan puşbutonu ile işletmeye alınan bir asıl bir yedek olmak üzere anestetik gaz tahliye sisteminin iş yerinde temini ve montajı.

25.652.1704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.