

## 35.400.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.400.2003 (810-113)</b>
<b>Tanımı</b>	31 adres kapasiteli, Hemşire Çağrı Konsolu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	3280,00	421,00	210,50
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3061,00	382,00	191,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	23950,00	9770,00	4885,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	7800,00	2070,00	1035,00
2023-1	10080,00	3210,00	1605,00
2016	3590,00	589,00	294,50
2021	5660,00	1320,00	660,00
2022-1	6800,00	1590,00	795,00
2022-2	7321,00	1590,00	795,00
2018	3740,00	726,00	363,00
2017	3640,00	634,00	317,00
2023-2	14000,00	5140,00	2570,00
2020	4550,00	1080,00	540,00
2015	3320,00	463,00	231,50
2019	4390,00	915,00	457,50

## 35.400.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Hemşire Çađrı Konsolu (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Hemşirenin tüm izleme ve kontrolleri yapabildiđi, ABS gövdeli, membran ön panele sahip, merkez ünitesi ile data ve ses haberleşmesi yapan, tüm hemşire çağrı fonksiyonları yanında tüm bilgileri zaman bazında print verebilme ve PCye aktarabilme özelliklerine sahip, kendi başına veya network olarak diđer konsollarla bađlı çalışabilen, LCD göstergeli, üzerinde, oda sayısına göre gerekli tuşlar, led göstergeler, data, printer, PC, oda bağlantıları için yeterli sayıda giriş -çıkışlar bulunan konsol (Bütün bağlantılar ve güç ünitesinin bulunduğu, lamba, gösterge kumandaları ve haberleşmeler gibi tüm kumandaları çıkış korumalı solid state röleli sağlayan, kısa devre, açık devre ve ısı korumalı, EMI filtreli olan hemşire çağrı ana ünitesi dâhil iş yerinde temini, hernevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.400.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.